

**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
ESCLARECIMENTOS**

Processo RSU-PRO-2024/11157 - 99/043.443/2024

Pregão Eletrônico: nº 90015/2025

1) Referente ao LOTE 03 - Qual a gramatura do campo?

R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, com relação ao item 3 (do Termo de Referência - Anexo I do Edital), "CAMPO CIRÚRGICO, NÃO TECIDO SMS G/M2, BARREIRA A FLUIDOS E MICROORGANISMOS, FENESTRADO, MEDINDO APROX. 50X40CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL", deverá ser considerada a gramatura descrita através do código BR do item (607046): "Campo Cirúrgico - Modelo: Fenestrado; Material: 100% Algodão; Gramatura: Mínimo De 200 G/M2; Dimensões: Cerca De 50 X 50 CM; Cor: C/ Cor; Esterilidade: Esterilizável".

2) Referente ao LOTE 13 - Confirmar as medidas da capa, se não seria 2,5m de comprimento total?

R. Com relação ao item 13 (do Termo de Referência - Anexo I do Edital), "CAPA VIDEO CIRÚRGICO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, IMPERMEÁVEL, PARA MICROCÂMERA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14,5CM X 1,5M, DUAS TIRAS 15CM NAS EXTREMIDADES, EMBALADA INDIVIDUALMENTE", a Área Técnica desta Empresa Pública não se opõe à oferta/fornecimento do item no comprimento de 2,5m.