

EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE ESCLARECIMENTOS

PROCESSO RSU-PRO-2025/02360 - 99/004.275/2025

Pregão Eletrônico Nº 90406/2025

- 1) Poderia, por gentileza, esclarecer se os itens 21, 22, 23, 24 e 25 do Pregão Eletrônico 90406/2025 devem ser fornecidos com traqueias de silicone ou PVC?
- R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, especificamente quanto aos itens 21, 22, 23, 24 e 25, esclarecemos que deverá ser rigorosamente observado o descritivo constante no Edital. Conforme estabelecido, os itens mencionados devem ser fornecidos com: "Macronebulizador com máscara de Hudson e traqueia. A máscara confeccionada em vinil macio, com prendedor para cabeça, traquéia corrugada em material siliconizado e copo em plástico resistente." Portanto, as traqueias devem ser confeccionadas em material siliconizado, conforme especificado no Edital, não sendo admitidas versões em PVC, ou qualquer outro material diverso do indicado.