

**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE  
ESCLARECIMENTOS**

**Processo RSU-PRO-2025/08409 - 99-016.653-2025**

**Pregão Eletrônico: nº 90599/2025**

1) Solicitamos esclarecimento, visto que o prazo estabelecido é bastante curto para fins de gestão de agenda. Após a entrega, o técnico responsável apresenta ao órgão opções de datas e horários para a instalação, a fim de viabilizar o melhor alinhamento.

Dessa forma, solicitamos a possibilidade de ampliação do prazo para até 15 (quinze) dias úteis, de modo a permitir adequada conciliação de agendas e pleno atendimento das demandas solicitadas. Tal condição poderá ser aceita??

R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, o prazo para instalação do equipamento será definido em conjunto com a área técnica e a Unidade de Saúde responsável devidamente justificado. Ressaltamos que, entendemos à complexidade do equipamento adquirido, e esse prazo poderá ser estendido para garantir que todas as etapas sejam realizadas com segurança e eficiência.

2) O Termo solicita: No item 7.9 - Pág. 47 Treinamento para capacitação técnica dos profissionais da unidade, que visa o uso adequado e seguro dos equipamentos. Em um primeiro momento dá a entender que se trata de treinamento técnico de manutenção/reparo, mas o objetivo descrito parece se referir apenas ao uso operacional dos equipamentos. Poderiam, por gentileza, elucidar?

R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, o treinamento referente ao equipamento tem como principal objetivo capacitar e orientar a equipe responsável pelo seu manuseio, limpeza e desinfecção incluindo médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem assegurando que todos os profissionais realizem o uso adequado e seguro do equipamento.

3) O Termo exige: Nos itens 7.10.2 e 7.10.3 - Pág. 47 Prazo de reparo/Loaner curto (24 horas úteis). Solicitamos esclarecimento, visto que esse prazo é bastante reduzido se consideradas as características dos equipamentos a serem adquiridos, já que reparos maiores podem demandar até 20 (vinte) dias úteis. Assim, questionamos:

R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, diante da complexidade do equipamento que será fornecido, é natural que alguns prazos possam ser ajustados ou estendidos, desde que seja devidamente justificado. Essa medida visa garantir que todas as etapas como instalação, testes e treinamento sejam realizadas com segurança.