

Protocolo: 1126041 Data: 12/11/2025

Título: EXTRATO DA ATA №189-2025 - PE90599-25 RP Equipamento Videolaringoscópio (cota e excl.).dotx 11/11

Página(s): a

## EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº189/2025

Órgão Gestor: EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE.

Objeto: Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE VIDEOLARINGOSCÓPIO E SISTEMA DE VIDEOBRONCOSCOPIA para atender às empresas públicas e sociedades de economia mista da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - PCRJ que se interessarem, consoante o disposto no Edital de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PE-RP - [RIOSAÚDE] Nº 90599/2025 e/ou no Termo de Referência.

Processo: RSU-PRO-2025/08409 - 99/016.653/2025

Processo da Ata: RSU-PRO-2025/14132 - 99/033.312/2025 Modalidade: Pregão Eletrônico - RIOSAÚDE/SRP Nº 90599/2025 Validade da Ata: 12(doze) meses de 12/11/2025 a 11/11/2026

Gerenciador da Ata de Registro de Preço: EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO

S/A - RIOSAÚDE.

EMPRESA: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE

**EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA** 

CNPJ: 34.055.837/0001-50

END.: AV. CORONEL ANTÔNIO LEHMKUHL, 1.030, SL 07, CENTRO, ÁGUAS

MORNAS/SC - CEP: 88.150-000

item Código do Descrição Detalhada U/S Quant. Preço Preço material estimada unitário total

•	05450540040	VIDEOLA DINIO COCÓDI	l . l		J 54	J 50
2	65159519343	VIDEOLARINGOSCÓPI	und	2	R\$	R\$
		<u>O PORTÁTIL</u>			9.900,00	19.800,00
		? Equipamento				
		ergonômico;				
		? Visualização de				
		imagens por tecnologia				
		digital;				
		? Fonte de luz LED de				
		alta intensidade;				
		? Tela integrada ao				
		corpo do equipamento				
		com display colorido de				
		alta definição;				
		? Tela a partir de 2,5				
		polegadas, sem fio;				
		? Com angulação de tela;				
		? Resistente a quedas;				
		? Passível de ser				
		submetido a processos				
		de				
		desinfecção/esterilização;				
		? Energia fornecida				
		através de bateria ou				
		pilha;				
		? Material em				
		termoplástico durável de				
		nível médico;				
		? Autonomia de no				
		mínimo 200 minutos e				
		indicação na tela;				
		? O dispositivo e a				
		embalagem não devem				
		conter látex;				
		? Deve permitir utilização				
		de lâminas tamanhos 1,				
		2, 3 e 4 (adulto e adultos				
		grandes e, se possível,				
		possuir lâminas				
		especiais para VAD (Via				
		aérea difícil);				
		? Todas as lâminas				
		devem ser reutilizáveis				
		em aço inoxidável.				
		? Deve acompanhar				
		manual do usuário em				
		português e possuir				
		registro na ANVISA;				
		? Garantia mínima de 12				
		meses.				
		(COTA RESERVADA				
		DO ITEM 1)				
		VA	LOR TOTA	L DA LICI	TANTE R\$	19.800,00