

**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
ESCLARECIMENTOS
PROCESSO RSU-PRO-2022/00854
PE: Nº 1287/2022**

1) Por favor observamos que na relação dos itens o item 20 - trata-se de Rx móvel digital e no anexo do pregão este mesmo equipamento está descrito no item 25. Poderiam nos explicar sobre este conflito das informações?

R. Informamos que o Termo de Referência foi alterado, tendo a numeração dos itens sido alterada. Cabe destacar, porém, que, havendo divergência entre a numeração dos itens no Termo de Referência e no Edital, prevalecerá a numeração dos itens do Edital. O Termo de Referência alterado, juntamente com o Edital atualizado, está disponível através do endereço <https://is.gd/editalRiosaudePE1287>.

2) Nas páginas 42 e 43, temos os itens 23 (Monitor Multiparâmetro e 30 (Ventilador mecânico), já na página 75 Anexo V, os itens não estão sendo relacionados e não estão no comprasnet, devemos desconsiderá-los?

R. Trata-se de pregão para os itens que fracassaram no pregão anterior, de modo que o Termo de Referência trazia a listagem completa dos itens. Entretanto, o Termo de Referência foi recentemente alterado, tendo a numeração e relação dos itens sido alterada. O Termo de Referência alterado, juntamente com o Edital atualizado, está disponível através do endereço <https://is.gd/editalRiosaudePE1287>. Cabe destacar, porém, que, havendo divergência entre a relação de itens e numeração dos itens no Termo de Referência e no Edital, prevalecerá a relação e numeração dos itens do Edital.

3) quanto ao ITEM 3 (CARDIOVERSOR). Realmente há necessidade da tecnologia de onda monofásica?

R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, a tecnologia pode ser bifásica. O Termo de Referência foi alterado, estando disponível, juntamente com o Edital atualizado, através do endereço <https://is.gd/editalRiosaudePE1287>.

4) O edital do Pregão Eletrônico 1287/2022 foi publicado com o Item 30 - Ventilador Mecânico, porém não visualizamos esse item cadastrado na Plataforma Comprasnet. Solicitamos a alteração dos itens no Comprasnet para podermos lançar nossa proposta para este Pregão, ou que seja informado sobre o cancelamento deste item neste edital.

R. Trata-se de pregão para os itens que fracassaram no pregão anterior, de modo que o Termo de Referência trazia a listagem completa dos itens. Entretanto, o Termo de Referência foi recentemente alterado, tendo a numeração e relação dos itens sido alterada. O Termo de Referência alterado, juntamente com o Edital atualizado, está disponível através do endereço <https://is.gd/editalRiosaudePE1287>. Cabe destacar, porém, que, havendo divergência entre a relação de itens e numeração dos itens no Termo de Referência e no Edital, prevalecerá a relação e numeração dos itens do Edital.

5) Referente ao item 3, no descriptivo do edital solicita Cardioversor Monofásico, que atualmente é considerada uma tecnologia obsoleta, visto que para melhor resultado na recuperação do paciente, os cardioversores entregam ondas Bifásicas. Desta forma sugerimos alterar para Bifásica, ou ser opcional a partir da função Monofásica (no mínimo).

R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, a tecnologia pode ser bifásica. O Termo de Referência foi alterado, estando disponível, juntamente com o Edital atualizado, no ComprasNet e através do endereço <https://is.gd/editalRiosaudePE1287>.

6) Nas páginas 42 e 43, temos os itens 23 (Monitor Multiparâmetro e 30 (Ventilador mecânico), já na página 75 Anexo V, os itens não estão sendo relacionados e não estão no comprasnet, devemos desconsiderá-los?

R. Trata-se de pregão para os itens que fracassaram no pregão anterior, de modo que o Termo de Referência trazia a listagem completa dos itens. Entretanto, o Termo de Referência foi recentemente alterado, tendo a numeração e relação dos itens sido alterada. O Termo de Referência alterado, juntamente com o Edital atualizado, está disponível no ComprasNet e através do endereço <https://is.gd/editalRiosaudePE1287>. Cabe destacar, porém, que, havendo divergência entre a relação de itens e numeração dos itens no Termo de Referência e no Edital, prevalecerá a relação e numeração dos itens do Edital.

7) Este Edital de Pregão Eletrônico no 1287/2022 possui o número de Processo RSU-PRO-

2022/00854, o mesmo do Edital de Pregão Eletrônico no 0729/2022, que restou fracassado devido a baixa verba disponível. O Item 25 - APARELHO DE RAIOS-X PORTÁTIL DIGITAL, por exemplo, naquele outro edital, possuía estimado unitário de R\$ 86.000,00, o que fez o item restar fracassado na etapa de negociação, devido a inexequibilidade do valor previsto. Para este novo pregão, deveremos considerar qual valor estimado para o Item 25 - APARELHO DE RAIOS-X PORTÁTIL DIGITAL?

R. Informamos que os valores foram atualizados, porém, no que tange ao atual valor estimado do pregão, não é possível responder à pergunta, tendo em vista o caráter sigiloso do valor estimado, conforme estabelece o item 5.2 do Edital.

8) No Anexo I - DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVO GERAL PARA AQUISIÇÃO, para o Item 25 - APARELHO DE RAIOS-X PORTÁTIL DIGITAL, quanto as especificações do Cabo de Disparo é solicitado "Cabo disparador com alcance mínimo de 5 m". Para este tópico, sugerimos alteração no descriptivo, passando a considerar "Cabo disparador com alcance mínimo de 4 m".

R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, será aceito cabo disparador com alcance mínimo de 4 m. Informamos que o Edital atualizado está disponível no ComprasNet e através do endereço <https://is.gd/editalRiosaudePE1287>. Cabe destacar, porém, que, havendo divergência entre a relação de itens e numeração dos itens no Termo de Referência e no Edital, prevalecerá a relação e numeração dos itens do Edital.

9) No Anexo I - DESCRIÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVO GERAL PARA AQUISIÇÃO, para o Item 25 - APARELHO DE RAIOS-X PORTÁTIL DIGITAL, quanto as especificações do Painel de Controle é solicitado "Ajustes de kv para variações de 30 até 125 kv". Para este tópico, sugerimos alteração no descriptivo, passando a considerar "Ajustes de kv para variações de 40 até 125 kv".

R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, a descrição do item foi alterada, passando a prever variações de 40 até 125 kv. O Termo de Referência foi alterado, estando disponível, juntamente com o Edital atualizado, no ComprasNet e através do endereço <https://is.gd/editalRiosaudePE1287>.

10) No Edital, em seu Item 8. PRAZOS, é previsto "8.3 - As entregas deverão ser efetuadas integralmente e no máximo em até 10 (dez) dias corridos, após a solicitação da RIOSAÚDE, mediante apresentação da Nota de Empenho". Proposta: Para este tópico, solicitamos que seja feita uma alteração na exigência, passando a considerar "8.3 - As entregas deverão ser efetuadas integralmente e no máximo em até 30 (trinta) dias corridos para produtos nacionais e, em até 90 (noventa) dias corridos, para produtos importados, após a solicitação da RIOSAÚDE, mediante apresentação da Nota de Empenho".

R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, o prazo foi alterado. A alteração foi realizada no Edital, que se encontra disponível, já atualizado, no ComprasNet e através do endereço <https://is.gd/editalRiosaudePE1287>.