

**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE  
ESCLARECIMENTOS**

**Processo RSU-PRO-2022/01623**

**PE Nº 0082/2023**

1) Tendo visualizado o edital do pregão descrito em epígrafe, vimos por meio deste solicitar esclarecimento com relação aos itens 06 e 07 (Cota Principal e Reservada): Descritivo: DRENO HEMOVAC 3,2 (Dreno Cirúrgico; Modelo:Tubular; Material: Silicone; Calibre: 10 French; Componente:Introdutor Em Aço Inoxidável; Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa ; Volume: Cerca De 600 Ml; Conector Universal: C/ Conector Duplo; Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp; Componente Ii: Radiopaco; Tipo Uso: Estéril, Descartável; Embalagem: Embalagem Individual. O descritivo não está claro com relação ao material solicitado, nos deixando em dúvida se seria um dreno tipo blake, tipo sucção sanfonado ou de sucção com molas. Neste sentido, favor sinalizar qual material necessitam.

R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, sendo tamanho e especificações conforme autorização de fornecimento, está autorizada a entrega. Segue especificação: DRENO HEMOVAC 3,2 (DRENO CIRÚRGICO; MODELO: TUBULAR; MATERIAL: SILICONE; CALIBRE: 10 FRENCH; COMPONENTE: INTRODUTOR EM AÇO INOXIDÁVEL; COMPONENTE ADICIONAL: C/ RESERVATÓRIO GRADUADO - PRESSÃO NEGATIVA; VOLUME: CERCA DE 600 ML; CONECTOR UNIVERSAL: C/ CONECTOR DUPLO; COMPONENTE I: C/ VÁLVULA ANTI REFLUXO E EXTENSOR C/ CLAMP; COMPONENTE II: RADIOPACO; TIPO USO: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL.