EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
ESCLARECIMENTOS
Processo RSU-PRO-2022/01625
PE Nº 0142/2023

1) Gostaria de solicitar esclarecimento ref ao item 2. O item é estéril ou não estéril? Pergunto isso pois não diz nada sobre isso, porém a embalagem consta como "unitária". Caso seja " não estéril" a embalagem seria unitária mesmo ou em pacote de 50 ou 100?
R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, o item: CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL 75X75 CM COM FENESTRA, CONFECCIONADO EM SMS, IMPERMEÁVEL GRAMATURA CERCA DE 55 G/M2, EMBALAGEM INDIVIDUAL, deve ser estéril e em embalagem individual.