

**EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE
ESCLARECIMENTOS
PROCESSO RSU-PRO-2023/00190
PE: Nº 0491/2023**

1) Em relação ao pregão acima citado solicito informações quanto ao indicador biológico, é o pacote teste desafio? Se sim, qual a composição do pacote, por favor?

R. Segundo a Área Técnica desta Empresa Pública, conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital), o pregão visa à aquisição de indicador biológico autocontido. Importante destacar que, teste desafio e indicador biológico são itens diferentes. Teste desafio é kit usado para avaliar o desempenho efetivo de um processo de esterilização, cuja composição é "barreiras permeáveis ao vapor entre as quais encontra-se um indicador biológico e um integrador químico tipo 5". Indicador biológico, por sua vez, é "produto desenvolvido para fazer parte dos procedimentos de boas práticas exigidos e protocolados pela ANVISA, sua utilização sendo necessária para o monitoramento do processo de esterilização, com uso de incubadoras".

2) No item solicita-se em regime de comodato indicador biológico. Normalmente faz-se necessário a incubadora. Neste caso, preciso dessa? Caso sim, qual seria a quantidade?

R. Conforme item 1.1 do Edital, o Pregão Eletrônico visa à "aquisição de indicador biológico, incluindo cessão de uso de equipamento (Incubadora), com assistência técnica e assessoria científica". De acordo com o Termo de Referência, que compõe o Edital (Anexo I), "3.1.2 Será exigido para o fornecimento do teste indicador biológico, a cessão gratuita, em regime de comodato, de 1 (uma) Incubadora por Unidade de saúde e 3 (três) incubadoras para a RioSaúde (se for necessário), para incubação de indicadores biológicos autocontidos, configurada para a temperatura específica necessária, com capacidade para incubar no mínimo quatro indicadores. A incubadora deverá apresentar sinalização automática para resultados positivos e negativos". Ademais, no que tange à quantidade, o item 3.2 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) apresenta a quantidade de incubadoras previstas para o presente Pregão.